

COMPARAÇÃO DA SELEÇÃO DO AASI REALIZADO PELO S.U.S. E CLÍNICA PARTICULAR EM DEFICIENTES AUDITIVOS

RODRIGUES, Gleiciane Tambani

Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia das Faculdades Integradas Maringá - Faimar do Centro de Ensino Superior de Maringá - Cesumar

RAMOS, Silvia Regina de Almeida Barreto (Orientadora)

Docente do Curso de Fonoaudiologia das Faculdades Integradas Maringá - Faimar do Centro de Ensino Superior de Maringá - Cesumar

Muitos deficientes auditivos não utilizam o aparelho auditivo ou continuam enfrentando as dificuldades decorrentes de sua deficiência auditiva, devido a uma decisão incorreta na seleção do aparelho de amplificação sonora individual (A.A.S.I.) que gera o insucesso da adaptação. Sendo que o aparelho adaptado pode estar fornecendo uma super amplificação, o que leva ao desconforto auditivo, ou a uma baixa amplificação que não trás benefícios ao paciente. A importância da seleção e adaptação adequada do A.A.S.I. é proporcionar ao paciente a habilidade em compreender os sons ambientais e até mesmo a fala. A escolha do modelo do A.A.S.I. deverá ser feita principalmente com base nas necessidades auditivas individuais de cada paciente, levando-se em conta o grau, a configuração, o tipo da perda e o limiar de desconforto. Comparar a seleção e adaptação de A.A.S.I. feita em S.U.S. e clínica particular. Serão sujeitos deste estudo 25 indivíduos portadores de deficiência auditiva adaptados com A.A.S.I. pelo S.U.S. comparando a 25 indivíduos de clínica particular, usuários de Será necessário utilizar fichas técnicas dos A.A.S.I. de cada indivíduo participante deste estudo, o audiometro AC 40 e protocolos para registro das informações, que serão coletadas no CESUMAR (Centro de Ensino Superior de Maringá). Os procedimentos seguidos neste estudo serão primeiramente o contato com os pais ou com os próprios indivíduos relevantes a esta pesquisa, por meio de um documento para pedido de autorização. Em seguida será elaborado um protocolo para registro dos aspectos a serem observados. A próxima etapa será a avaliação audiológica e a comparação do limiar auditivo com ficha técnica do indivíduo para verificar se há uma seleção adequada ou inadequada do aparelho de amplificação sonora. O próximo procedimento será a interpretação dos resultados, para fechamento e conclusão da pesquisa.

e-mail: gleiciane_tambani@ig.br